

离子活度计



型号	PXS-215
仪器指标	分辨率：mv:0.1mv px:0.001px 稳定性：≤0.0005px/3 小时 温度补偿范围：0-100℃（较小分度值 0.2℃） 斜率补偿范围：px±0±2:80-102%
分析能力	煤矿水中氟离子的测定
相关标准	MT/T 360-2005 煤矿水中氟离子的测定
仪器特色	适用于用离子选择电极法测定煤矿水中氟离子含量的测定，氟离子浓度范围为 0.05 ~ 2.5mg/L